


AVIS IMPORTANT CONCERNANT LE DEXCOM G7

À l'attention des professionnels de la pharmacie :

Balayer le code-barres CUP (UPC) du Dexcom G7 au point de vente ou au laboratoire **peut entraîner des erreurs** dans certaines pharmacies.

Le code-barres 2D Datamatrix n'est pas affecté et peut être utilisé si votre pharmacie est équipée pour balayer ce type de codes-barres.

En cas d'erreur de lecture, veuillez utiliser ce code-barres CUP pour traiter les transactions Dexcom G7 en pharmacie comme solution provisoire.



La numérisation de ce code-barres CUP peut provoquer une erreur.

Code-barres 2D Datamatrix



Veuillez communiquer avec votre représentant Dexcom ou Dexcom Canada au 1 844 536-1001 si vous avez des questions ou avez besoin d'un soutien supplémentaire.